

**Wykonawcy postępowania na
„Zakup komparatora masy w zakresie
pomiarowym od 1mg do 5 g z komputerem do
obsługi programu ważenia”**

DOTYCZY: wyjaśnienie do treści Zapytania Ofertowego nr RG 38.07.2017 z dnia 28-06-2017r. na „Zakup komparatora masy w zakresie pomiarowym od 1mg do 5 g z komputerem do obsługi programu ważenia”.

SPRAWA 1

Dot.: Przedmiotu zamówienia w Zapytaniu Ofertowym nr RG 38.07.2017 z dnia 28-06-2017 r. na „Zakup komparatora masy w zakresie pomiarowym od 1mg do 5 g z komputerem do obsługi programu ważenia”.

Pytanie nr1:

„Czy dopuszczają Państwo komparator masy w zakresie pomiarowym od 1mg do 6.1g? z aplikacją dedykowaną dla wzorców o masie od 1mg do 5 g.

Odpowiedź na email z dnia 2017-07-10:

Wniosek uznano. Zamawiający dopuszcza komparator masy w zakresie pomiarowym od 1 mg do 6.1 g z aplikacją dedykowaną dla wzorców o masie od 1mg do 5 g.

Dot.: poz. 2 w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego RG 38.07.2017 z dnia 28-06-2017 r. na „Zakup komparatora masy w zakresie pomiarowym od 1mg do 5 g z komputerem do obsługi programu ważenia”.

Pytanie nr 2 :

„Czy konieczna jest odporna na zalanie klawiatura?”

Odpowiedź na email z dnia 2017-07-10:

Wniosku nie uznano – komputery przenośne standardowo są odporne na zalanie cieczami.

Pytanie nr 3 :

„BIOS - Producenci nie podają szczegółowych danych dotyczących BIOSu czy podane w wymaganiach elementy są wymagane?”

Odpowiedź na email z dnia 2017-07-10:

Wniosku nie uznano – komputery przenośne klasy business spełniają te wymagania.

Pytanie nr 4 :

„Napęd DVD - czy nagrywarka jest konieczna, czy może być jako zewnętrzne urządzenie?”

Odpowiedź na email z dnia 2017-07-10:

Wniosku nie uznano – komputery przenośne standardowo są wyposażone w nagrywarkę DVD.

Pytanie nr 5 :

„Port VGA czy port VGA jest konieczny i musi być wbudowany w laptopa, czy może być w postaci przejściówki?”

Odpowiedź na email z dnia 2017-07-10:

Wniosek uznano – Zamawiający dopuszcza zastosowanie przejściówki VGA.

Nie ma zastosowania art. 38 ust. 6 Pzp.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść pisma opublikowano na stronie internetowej pod adresem:

<http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/oum/bydgoszcz/przet>

Z upoważnienia Dyrektora
Naczelnik
Wydziału Nadzoru Metrologicznego

Ryszard Muszyński

Bydgoszcz, dn. 2017-07-12